



областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарская городская больница № 1"

Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

т. (3955) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gb1@bk.ru
сайт: angarsk-gb1.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 797

«08» сентября 2017

Закупка 31705483206 от 01.09.2017
Наименование закупки: Поставка пленки для рентгенологических исследований
Способ проведения закупки: Запрос котировок в электронной форме
Наименование электронной площадки в сети Интернет OTC-tender
Адрес электронной площадки в сети Интернет tender.otc.ru
Заказчик
Наименование организации: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
Место нахождения: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
Проведение процедуры
Дата и время проведения процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок: 08.09.2017 11:30
Место проведения процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок: г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Дата подписания протокола: 08.09.2017
Сведения о комиссии:
 На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок в электронной форме присутствуют:

Ф.И.О.	Должность	Статус
Председатель комиссии:		
И.А. Демко	И.о.главного врача ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Члены комиссии:		
Д.И. Гончарук	Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Л.А. Чугунова	Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Е.А. Маслакова	Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Т.И. Минаева	Медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Секретарь комиссии:		
И.П. Пушница	Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует

Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.

Кворум
Комиссия

имеется	V	не имеется	
правомочна	V	неправомочна	

Предмет договора

Предмет договора

Поставка пленки для рентгенологических исследований

Начальная (максимальная) цена договора:

400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

со дня заключения договора по 28 февраля 2018 года по заявкам

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

г. Ангарск, ул. Горького, д.24

Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная максимальная цена единицы Товара, руб.
1	Рентген. пленка Retina XBE или эквивалент 24*30 см	Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии синечувствительная Retina XBE или эквивалент. Пленка двустороннего полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе. Пленка имеет чувствительность в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой области спектра. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X-Omat EXII/ RP X-Omat LO Kodak: Чувствительность пленки (S0.85) - не менее 950 P-1. Градиент контрастности (g) - не менее 2.6 Плотность вуали (D0) - не более 0,07 максимальная плотность (Dmax) - не менее 2,90 данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. Размер 24*30см. Форма выпуска: упаковка 100 листов.	уп.	20	3950
2	Рентген. пленка Retina XBE или эквивалент 30*40см	Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии синечувствительная Retina XBE или эквивалент. Пленка двустороннего полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе. Пленка имеет чувствительность в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой области спектра. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X-Omat EXII/ RP X-Omat LO Kodak: Чувствительность пленки (S0.85) - не менее 950 P-1. Градиент контрастности (g) - не менее 2.6 Плотность вуали (D0) - не более 0,07 максимальная плотность (Dmax) - не менее 2,90 данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. Размер 30*40 см. Форма выпуска: упаковка 100 листов.	уп.	20	5500
3	Рентген. пленка Retina XBE или эквивалент 14*43 см	Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии синечувствительная Retina XBE или эквивалент. Пленка двустороннего полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе. Пленка имеет чувствительность в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой области спектра. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X-Omat EXII/ RP X-Omat LO Kodak: Чувствительность пленки (S0.85) - не менее 950 P-1. Градиент контрастности (g) - не менее 2,6 Плотность вуали (D0) - не более 0,07 максимальная плотность (Dmax) - не менее 2,90 данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. Размер 14*43 см.	уп.	5	5000

		Форма выпуска: упаковка 100 листов.			
4	Рентген. пленка Retina XBE или эквивалент 35*35 см	Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии синечувствительная Retina XBE или эквивалент. Пленка двустороннего полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе. Пленка имеет чувствительность в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой области спектра. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X-Omat EXII/ RP X-Omat I.O Kodak: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 950 P-1. Градиент контрастности (g) - не менее 2.6 Плотность вуали (D0) - не более 0,07 максимальная плотность (Dmax) - не менее 2,90 данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. Размер 35*35 см. Форма выпуска: упаковка 100 листов.	уп.	20	5800
	Рентген. пленка Retina XBE или эквивалент 35*43 см	Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии синечувствительная Retina XBE или эквивалент. Пленка двустороннего полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе. Пленка имеет чувствительность в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой области спектра. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X-Omat EXII/ RP X-Omat LO Kodak: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 950 P-1. Градиент контрастности (g) - не менее 2.6 Плотность вуали (D0) - не более 0,07 максимальная плотность (Dmax) - не менее 2,90 данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. Размер 35*43 см. Форма выпуска: упаковка 100 листов.	уп.	10	7000

Котировочные заявки

Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). К сроку окончания подачи котировочных заявок была предоставлено 3(три) заявки.

№ регистр. заявки	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Почтовый адрес и контактная информация	Цена контрагента, руб.
1	ЗАО «Сибирский успех»	630009, г. Новосибирск, ИНН 5405161372, КПП 640501001, ОГРН 1025401912766	232 000 (двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек Страна происхождения Товара – Россия 0%
2	ООО «Дезмед»	665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 221 квартал «Производственная база», ИНН 3801104455, КПП 380101001, ОГРН 1093801004142	380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек Страна происхождения Товара – Россия 0%
3	ООО «МедЛайн»	644018, г. Омск, ул. 1-я Индустриальная, 4-216, ИНН 5506226202, КПП 550601001, ОГРН 1135543019952	177 086 (сто семьдесят семь тысяч восемьдесят шесть) рублей 00 копеек Страна происхождения Товара – Россия 0%

Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:

Код участника	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Решение комиссии
1	ЗАО «Сибирский успех»	Допустить к участию в запросе котировок в электронной форме
2	ООО «Дезмед»	Допустить к участию в запросе котировок в электронной форме
3	ООО «МедЛайн»	Допустить к участию в запросе котировок в электронной форме

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме

Единая комиссия рекомендует заключить договор на поставку пленки для рентгенологических исследований с ООО «МедЛайн», с суммой договора 177 086 (сто семьдесят семь тысяч восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Председатель комиссии:

И.о.главного врача



И.А. Демко


Члены комиссии:

Заместитель главного врача по ФЭР




Д.И. Гончарук

Главный бухгалтер




Л.А. Чугунова

Юрисконсульт



Е.А. Маслакова

Медицинская сестра



Т.И. Минаева

Секретарь комиссии:

Ведущий экономист



И.П. Пушница

Приложение № 1 к Протоколу запроса котировок в электронной форме № 797 от 08.09.2017г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п	Входящий номер заявки	Дата поступления	Время поступления (время московское)	Код участника	Форма подачи заявки
1	635414	07.09.2017	05:17	1	электронная
2	635443	07.09.2017	08:13	2	электронная
3	635669	07.09.2017	14:25	3	электронная